

	<p style="text-align: center;"><b>成大醫院</b>  <b>National Cheng Kung University</b>  <b>Hospital</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>22 號</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>核子醫學部</b>  <b>注意事項說明書</b></p>
<b>檢查 名稱</b>	<b>腎臟掃描</b> <b>Renal Scan(DTPA)/+Capoten</b>		
<b>檢查 地點</b>	住院大樓(舊棟)一樓核子醫學部 (請詳核醫地點圖示)	聯絡 電話	<b>(06)2353535-2470、2471</b>
<b>主要目的</b>	一、偵測腎臟腎絲球過濾的功能。 二、分別測量左、右腎的功能 三、腎性高血壓的評估。		
<b>檢查流程</b>	一、檢查前 30 分鐘，請喝 300-500cc 的水。 二、核醫科報到後，請至前方等候區等候，檢查前有醫護人員會呼叫並核對您名字。 三、醫護人員會請您先至注射室留置靜脈留置針，並於靜脈留置針頭注射藥物：Lasix。如為吃藥檢查方式(腎性高血壓的評估)則會給與 Capoten 藥物服用，藥物服用後 1 小時開始造影。 四、請您於等候區休息，等待造影時間，放射師會呼叫、核對您的名字，並請您先解小便再至攝影室。 五、依放射師指示平躺於檢查床，醫護人員會由靜脈留置針頭注射核醫藥物：Tc-99m DTPA。 六、注射核醫藥物後，隨即連續造影大約 20 分鐘，造影檢查只需靜躺，不會有任何痛苦，造影結束後，醫護人員會幫您拔除靜脈留置針即完成檢查。 七、若是無法配合檢查之嬰幼兒，則需給予鎮靜劑入睡後才能執行上述之檢查，檢查完成後待嬰幼兒醒來經醫師評估才可離開，回家應觀察嬰幼兒睡眠狀況，如有異狀應立即回院觀察。		
<b>注意事項</b>	一、本檢查不需禁食，生活作息如常。 二、檢查前 30 分鐘請喝 300-500cc 的水。 三、為避免對影像結果造成誤判，您身上所有外來物(包含零錢、項鍊、皮帶等金屬製品)造影前需先取下。 四、因為注射之藥物含有少量放射性，有懷孕可能或正在哺乳期間之受檢者，請務必事前告知排程人員，以維護本身及嬰幼兒、胎兒之安全。 五、嬰幼兒如因配合檢查需要鎮靜者，請於檢查前勿讓小朋友睡覺，檢查前會予以灌睡。 六、注入體內之放射性同位素為人體代謝類似物，極少會發生過敏反應。 七、因檢查所需之放射性同位素藥物具有時效性（其時效性極短且非常昂貴），為免醫療資源浪費，請於受檢當日準時報到；倘若該日不如受檢當日未依約到檢且未於受檢前兩個工作天通知本部者。 八、本部影像掃描所給予的藥物含有少量的放射線，病患受檢時與家中		

	孕婦或未滿 12 歲小孩應盡量保持 1-2 公尺距離，時間約 1 天。	
編碼	修訂日期 年 月 日	說明書修訂版本 第一版